



Kommentar / Auswertung Ringversuch 2021-01 Toxoplasma gondii Ig oder IgG und IgM

Die Probe 2021-1T1 bestand aus Toxo IgG positivem und Toxo IgM negativem Material.

Die Probe 2021-1T2 bestand aus Toxo IgG und Toxo IgM negativem Material.

Die Probe 2021-1T3 bestand aus Toxo IgG und Toxo IgM positivem Material.

Die Homogenität und Stabilität der Proben wurde gemäss den internen Vorschriften durchgeführt und beurteilt. Zielwerte wurden durch einen Unterauftragnehmer überprüft (siehe AGB Kapitel 5).

Kommentar

Die Qualität der Proben wurde durchwegs als gut bezeichnet.

Von **12** verschickten Ringversuchen wurden **12 (100%)** Resultate zurückgeschickt. Bei **12 (100 %)** eingegangenen Antworten fanden die Teilnehmer für alle drei Proben das richtige Resultat.

Testcode und Hersteller

Anzahl Teilnehmer

	Anzahl Teilnehmer	
	Toxoplasma gondii Ig oder IgG	Toxoplasma gondii IgM
1 Abbott ALINITY	1	1
2 Architect	6	6
3 Bio Mérieux Toxo	2	2
4 DiaSorin	1	1
5 Roche Toxo	2	2

Resultate

	Toxoplasma gondii Ig oder IgG	Toxoplasma gondii IgM
2021-1T1	R	NR
2021-1T2	NR	NR
2021-1T3	R	R

R = reaktiv (positiv) | NR = nicht reaktiv (negativ) | GZ = Grey Zone

Versand des nächsten Ringversuchs: 26. April 2021