



Kommentar / Auswertung Ringversuch 2022-01 Treponema Ig oder IgG

Bei der Probe 2022-110 handelte es sich um ein reaktives, bestätigt *Treponema pallidum* positives Humanserum. Im Immunoblot (InnoLIA Syphilis Score) zeigte die Probe folgendes Bandenmuster: TpN47 +, TpN17 ++, TpN15 +, TpmA +/-.

Bei der Probe 2022-111 handelte es sich um *Treponema pallidum* negatives Humanserum.

Bei der Probe 2022-112 handelte es sich um ein reaktives, bestätigt *Treponema pallidum* positives Humanserum. Im Immunoblot (InnoLIA Syphilis Score) zeigte die Probe folgendes Bandenmuster: TpN47 ++, TpN17 +++, TpN15 ++, TpmA ++.

Die Homogenität und Stabilität der Proben wurde gemäss den internen Vorschriften durchgeführt und beurteilt. Zielwerte wurden durch einen Unterauftragnehmer überprüft (siehe AGB Kapitel 5).

Kommentar

Die Qualität der Proben wurde durchwegs als gut bezeichnet.

Von **34** verschickten Ringversuchen wurden **34 (100 %)** Resultate zurückgeschickt. Bei **34 (100%)** eingegangenen Antworten fanden die Teilnehmer für alle drei Proben das richtige Resultat.

Die Teilnehmer werden aufgefordert, nicht nur die Rohdaten anzugeben, sondern auch die Beurteilung auszufüllen.

Treponema Ig oder IgG

Testcode und zusätzliche Informationen	Anzahl Teilnehmer
1 Abbott Syphilis, Alinity	3
2 Abbott Syphilis, Architect	16
3 Axis-Shield TPHA, Tecan	1
4 DiaSorin Trep/Siemens Trep, Liaison	2
5 Newbio PK, PK7300	1
6 Roche Syphilis, Cobas	11

Resultate

	Treponema Ig oder IgG	Resultat
2022-110	positives Humanserum	R
2022-111	negatives Humanserum	NR
2022-112	positives Humanserum	R

R = reaktiv (positiv) | NR = nicht reaktiv (negativ) | GZ = Grey Zone



Versand des nächsten Ringversuchs: 25. April 2022